

广东省生态环境厅

粤环穗审〔2025〕174号

广东省生态环境厅关于广州雷派医疗科技有限公司医用直线加速器安装调试及维修维护核技术利用项目环境影响报告表的批复

广州雷派医疗科技有限公司：

你公司报批的《广州雷派医疗科技有限公司医用直线加速器安装调试及维修维护核技术利用项目环境影响报告表》（编号：25DLFSHP006，以下简称报告表）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、你公司办公地址位于广州市白云区永平街东平东风西路21号4楼402室，本次核技术利用项目主要内容为使用西门子、瓦里安、医科达等品牌的医用电子直线加速器（包括带有

CBCT 功能的加速器) 的客户单位提供安装调试、维修维护等服务, 相关服务活动均在客户单位已许可的加速器机房内进行, 无固定调试维修场所, 医用电子直线加速器属于 II 类射线装置。

二、广州市环境技术中心组织专家对报告表进行了技术评审, 出具的评估意见认为, 报告表编制符合规范, 项目概况描述基本清楚, 评价方法、标准和环境影响因子确定合适, 提出的辐射安全防护措施和管理要求总体可行, 评价结论可信。你公司应按照报告表内容组织实施。

三、项目运行前, 你公司应按规定的程序申请辐射安全许可证。项目运行中应严格落实报告表提出的各项辐射安全防护措施以及安全责任, 确保辐射工作人员有效剂量约束值低于 5 毫希沃特/年, 公众有效剂量约束值低于 0.1 毫希沃特/年。

四、项目的环境保护日常监督管理工作由广州市生态环境局白云分局负责。

广东省生态环境厅

2025 年 12 月 18 日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局（固辐处、白云分局），广州市环境技术中心，广东智环创新环境科技有限公司。

广东省生态环境厅办公室

2025 年 12 月 18 日印发
